

測定場所 : 非破壊放射能検査施設(大津漁港内)  
測定機器 : 【N】(株)千葉鉄工所製/NaI(Tl)シンチレーション検出器  
【O】日栄工業(株)製/NaI(Tl)シンチレーション検出器

北茨城市 食品測定一覧

Bq / kg

「不検出」とは、「検出値」の右に表記されている「検出下限値」未満のことです。  
測定器「N」の検出値には誤差が±20あります。

測定器	品目	分類	測定日	産地 (字名)	セシウム		
					検出値 (セシウム134、 セシウム137合算値)	検出 下限値	基準値

※この測定結果は、市内で採取された自己消費のための食品を測定したものです。

令和3年10月1日～31日までの期間で、市内で採取された食品の測定はありませんでした。